

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU  
BỆNH VIỆN ĐK BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 243/BV-VT-TTBYT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 3 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua giường 2 tay quay và tủ đầu giường với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu,
- Địa chỉ: số 6, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Thị Huệ,
- Chức vụ: Nhân viên phòng VT-TTBYT,
- Điện thoại: 0989496223,
- Địa chỉ mail: Vthue62gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

- Nhận qua email: Vthue62gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục linh kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và tính chất	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giường hồi sức cấp cứu đơn giản (giường hai tay quay)	<b>I. YÊU CẦU CHUNG:</b> - Thiết bị mới 100%. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa tới: $\geq 25^{\circ}\text{C}$	10	Cái

+ Độ ẩm tối đa tới:  $\geq 75\%$

## II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH

- Giường chính: 01 cái
- Bàn ăn: 01 cái
- Cây treo dịch truyền: 01 cái.
- Móc treo túi nước tiểu: 01 cái
- Thanh chắn té ngã: 02 cái.
- Bánh xe di chuyển: 04 cái.
- Nệm giường định hình bọc chống thấm và dày 8cm.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt :  
01 bộ

## III. YÊU CẦU KỸ THUẬT: đối với bộ ghi:

- Chất liệu: khung giường làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện chống rỉ sét ăn mòn, mặt giường bằng thép dập nguyên tấm sơn tĩnh điện.

- 4 chân có bánh xe có khóa.
- Đầu và đuôi giường bằng nhựa ABS.

- Hai tay quay xếp gọn dưới giường, với 2 chức năng nâng:

- o Nâng đầu 0 – 75 độ.
- o Nâng chân 0 – 30 độ.

- Thanh chắn bệnh nhân 2 bên có thể nâng lên hạ xuống tiện lợi.

- Kích thước: D 208 x R 96 x 50 cm (sai số +/- 5%).


- Chức năng: Dùng phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám. Giường có hệ thống nâng đầu và chân, gắn kèm bàn ăn, hỗ trợ bệnh nhân gặp khó khăn trong việc di chuyển.

- Nệm màu xanh dương đẹp mắt và phù hợp với bệnh viện.

## IV. YÊU CẦU KHÁC:

- Thiết bị được bảo hành  $\geq 12$  tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố ... và sửa chữa cho nhân



		viên kỹ thuật tại đơn vị lắp đặt. - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, hướng dẫn sửa chữa tiếng Việt.		
2	Tủ đầu giường	<p><b>I. YÊU CẦU CHUNG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%.</li> <li>- Điều kiện hoạt động:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ tối đa tới: <math>\geq 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>Độ ẩm tối đa tới: <math>\geq 75\%</math></li> </ul> </li> </ul> <p><b>II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ chính: 01 cái.</li> <li>- Ngăn kéo: 01 cái.</li> <li>Giá treo khăn: 02 cái</li> </ul> <p><b>III. YÊU CẦU KỸ THUẬT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: nhựa ABS, bề mặt trên bằng nhựa ABS.</li> <li>- Một ngăn kéo và 02 tủ lớn.</li> <li>- Có 02 giá treo khăn, có thể được hạ xuống và đóng gói để tiết kiệm không gian.</li> </ul> <p>Kích thước: D 480 x R 480 x C 760 mm (sai số +/- 5%).</p> <p><b>IV. YÊU CẦU KHÁC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị được bảo hành <math>\geq 12</math> tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.</li> </ul> <p>Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố ... và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại đơn vị lắp đặt.</p>	10	Cái

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu).
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 04/2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.
- Các thông tin khác: không

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, VT-TTBYT.

