

Số: 902 /BV-VT-TTBYT

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu,
- Địa chỉ: số 6, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Thị Huệ,
- Chức vụ: Nhân viên phòng VT-TTBYT,
- Điện thoại: 0989496223,
- Địa chỉ mail: Vthue62@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Nhận qua email: Vthue62@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 09 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 09 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục linh kiện sử dụng cho trang thiết bị y tế theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và tính chất	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tấm lọc không khí cho khoang máy CT (Filter, blower box_VCT)	Chức năng: Lọc bụi khung máy CT. Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái

2	Quạt tản nhiệt (công suất 47W) dùng cho máy chụp cắt lớp CT (VCT FAN ASM)	Chức năng: Giải nhiệt cho detector. Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
3	Bộ thu nhận tín hiệu ở giữa (Slots 7-12, 16-20), là bộ phận của máy CT (MERC40 DETECTOR MODULE KIT MIDDLE - RoHS)	Chức năng: Thu nhận tia X và chuyển thành tín hiệu điện. Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
4	Bộ mã hoá đếm xung số vòng quay của gantry của máy CT (FRU GANTRY ENCODER ASM WITH BUSH DYNAPAR)	Chức năng: Bộ cảm biến mã hoá theo dõi vòng quay gantry Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
5	Ổ đĩa cứng 300GB (không chứa nội dung) của máy chụp cắt lớp CT HDD SAS 300GB 10K SFF, with qualified fw	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
6	Dây cáp nguồn 600V có đầu nối, cách nhựa PVC, đường kính lõi không quá 5mm dùng cho máy CT POWER UNIT CABLES JEDI 60 DC	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
7	Bộ điều khiển tạo cao áp 60DC JEDI 60DC INTER-MODULE CABLE SET Perenna	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
8	Board mạch điều khiển cao thế cho bộ phận phát tia x của máy CT Programmed SoC kV control Board 60DC, 60DC Lite and 60DC Alpha as FRU	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
9	Màn hình LCD 19inch dùng cho máy chẩn đoán hình ảnh hiệu EIZO, Model: FlexScan S1934 màu đen	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	02	Cái
10	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp (quét) cắt lớp điện toán CT	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	Cái
11	Thùng biến áp cao thế dùng cho máy CT	Đảm bảo tương thích với máy CT Scanner – Model: REVOLUTION EVO 3.6B LONG HINO – Hãng GE	01	cái

VIỆN
KHOA
LIỆU

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu).
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10/2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác: không

Nơi nhận:

- Như trên.
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, VT-TTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Quốc Sử