

Số: 117 /BV-VT-TTBYT

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Máy ly tâm 24 ống với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu,
- Địa chỉ: số 6, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Thị Huệ,
- Chức vụ: Nhân viên phòng VT-TTBYT,
- Điện thoại: 0989496223,
- Địa chỉ mail: bvdkbaclieu@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Nhận qua email: bvdkbaclieu@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 27 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục trang thiết bị y tế theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và tính chất	Số lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Máy ly tâm 24 ống	A. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE, GMP hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: 100-240V, 50-60Hz.	01	cái

		- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ B. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính kèm roto - Sách hướng dẫn C. Tính năng kỹ thuật - Thời gian: Kỹ thuật số 0-99 phút - Điều khiển tốc độ : vi xử lý - Tốc độ tối đa: ≥ 3700 vòng /phút (điều chỉnh được) - Có khóa nắp - Hãm: Công tắc chuyển đổi - Chức năng an toàn Safety shutout - Buồng ly tâm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Motor chuỗi than $\geq 250W$ - Nguồn điện: 110/230V, 50/60Hz ($\leq \pm 10\%$) - Quay HCT, tốc độ tối đa là ≥ 12000 vòng/phút ($\leq \pm 10\%$) D. Yêu cầu khác: - Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. - Nhà cung cấp phải cử kỹ thuật đến Bệnh viện trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bệnh viện (bằng văn bản hoặc qua điện thoại) để sửa chữa những hư hỏng của thiết bị (nếu có) trong thời gian bảo hành.		
--	--	--	--	--



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (số 06, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu).
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 4/2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn tài chính.
5. Các thông tin khác: Gửi danh mục kỹ thuật kèm catalogue.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, VT-TTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Sử