

Số: 276 /BV-KSNK

Cà Mau, ngày 27 tháng 02 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lấy mẫu và phân tích mẫu vi sinh của lò hấp chất thải y tế năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

#### 1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
- Địa chỉ: số 6, Nguyễn Huệ, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau

#### 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: *Hình Quốc Tuấn*
- Chức vụ: *Nhân viên khoa KSNK*
- Điện thoại: *085 3377 858*
- Địa chỉ email: *bvdkbaclieu@gmail.com.*

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Số 06, Nguyễn Huệ, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.*
- Nhận qua email: *bvdkbaclieu@gmail.com.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h ngày 07 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

#### 1. - Danh mục chỉ tiêu phân tích theo bảng sau: (Phụ lục).

- Địa điểm lấy mẫu: Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (Số 06, Nguyễn Huệ, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

#### 2. Các thông tin khác: Không.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, K.KSNK.

KT.GIÁM ĐỐC *Quel*  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
*Trần Quốc Sử*



## PHỤ LỤC

| STT | Nội dung công việc                                                                                                                                         | ĐVT | Số lượng | Tần suất (lần/năm) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|
| 1   | Xác định hiệu quả xử lý của thiết bị hấp bằng chỉ thị sinh học <i>Geobacillus stearothermophilus</i> hoặc <i>Bacillus atrophaeus</i> (03 vị trí/ thiết bị) | Mẫu | 2        | 4                  |
| 2   | Chi phí nhân công, bảo quản, vận chuyển mẫu                                                                                                                | Lần | 1        | 4                  |